

400x DIGITAL MICROSCOPE Microscopio Digitale USB 3 in 1



MANUALE UTENTE XMICROU400

www.hamletcom.com

Gentile Cliente,

La ringraziamo per la fiducia riposta nei nostri prodotti. La preghiamo di seguire le norme d'uso e manutenzione che seguono. Al termine del funzionamento di questo prodotto La preghiamo di non smaltirlo tra i rifiuti urbani misti, ma di effettuare per detti rifiuti una raccolta



separata negli appositi raccoglitori di materiale elettrico/elettronico o di riportare il prodotto dal rivenditore che lo ritirerà gratuitamente.

Informiamo che il prodotto è stato realizzato con materiali e componenti in conformità a quanto previsto dalla direttiva EMC 2004/108/EC secondo i seguenti standard: EN 55022: 2006 + A1: 2007 EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003 EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 EN 61000-3-3: 2008

E dalle direttive: RoHS: 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE. RAEE: 2003/96/CE, D.Lgs. 151/2005.

La dichiarazione di conformità CE completa relativa al prodotto può essere richiesta contattando Hamlet all'indirizzo e-mail info@hamletcom.com.

Le informazioni relative all'importatore per il suo paese sono disponibili nella sezione "chi siamo" del sito Hamlet all'indirizzo www.hamletcom.com.

AVVERTENZA



Questo prodotto non è un giocattolo. Il suo utilizzo deve effettuarsi sotto la supervisione di un adulto in quanto costituito da piccole parti che potrebbero incautamente venire ingerite.

Indice

Descrizione del prodotto	5
Requisiti di sistema	5
Contenuto della scatola	6
Presentazione del prodotto	7
Specifiche tecniche	8
Istruzioni d'uso del microscopio	9
Installazione delle batterie Uso dei vetrini Angolo di visualizzazione Selezione dell'illuminazione Messa a fuoco Zoom	
Visualizzazione su un computer	18
Installazione del software Montaggio del prodotto Connessione del dispositivo	18 19 19
Avvio del software Digital Viewer	20
Sistema operativo Windows Sistema operativo Mac OS	20 20
Uso del software Digital Viewer	21
Impostazioni del software	22
Configurazione del dispositivo Scatti temporizzati Video Salvare i file Lingua Impostazioni avanzate	22 22 22 23 23 23 23 23

Schermo intero	24
Disinstallare il software Digital Viewer	24
Sistema operativo Windows	
Sistema operativo Mac OS	
FAQ - Consigli per l'utilizzo del microscopio	25
Scelta della fonte di illuminazione	25
Illuminazione aggiuntiva	25
Objettivo 200x e ingrandimenti superiori	25
Forti ingrandimenti e imperfezioni	25
Cura e manutenzione del dispositivo	26
Marchi e variazioni	26

Descrizione del prodotto

Questo microscopio da scrivania è un dispositivo a duplice funzione che può essere usato come un microscopio ottico convenzionale con visualizzazione attraverso un oculare così come microscopio digitale se collegato ad un computer tramite l'adattatore fotocamera digitale.

Il microscopio è dotato di tre lenti con potere di ingrandimento di 50X, 100X e 200X rispettivamente e grazie allo zoom 2X integrato può ingrandire esemplari fino a 400X durante la visualizzazione attraverso un oculare.

Utilizzando l'adattatore fotocamera digitale, i campioni possono essere ingranditi fino a 715X su un monitor 17" di un computer. Il software incluso consente di catturare foto e video degli esemplari in osservazione.

Inoltre, il microscopio può essere staccato dalla propria base e utilizzato a mano libera come un microscopio palmare.

Requisiti di sistema

- Processore 1GHz o superiore
- Almeno 512MB di memoria RAM
- 1 porta USB 2.0
- 800MB di spazio libero su disco
- Unità CD/DVD
- Microsoft Windows XP/Vista/7/8, Mac OS X 10.4.8 o superiore

Il microscopio richiede inoltre 3 batterie AA da 1,5V (non incluse) per l'alimentazione delle sorgenti luminose LED.

Contenuto della scatola

- 1. Microscopio
- 2. Adattatore con fotocamera digitale
- 3. CD software
- 4. Manuale d'uso
- 5. Vetrini vuoti (x3)
- 6. Vetrino con campione di cotone
- 7. Copri vetrini (x3)
- 8. Pinzette
- 9. Contagocce















Presentazione del prodotto

- 1. Pulsante di scatto istantanea
- 2. Ghiera zoom ottico
- 3. Modulo rotazione obiettivi
- 4. Obiettivi (50x, 100x, 200x)
- 5. Mollette ferma vetrino
- 6. Base portaoggetti
- 7. Base del microscopio
- 8. Manopola di messa a fuoco
- 9. Illuminazione LED
- 10. Cassettino portaoggetti
- 11. Interruttore LED
- 12. Cavo USB



Specifiche tecniche

Tipo di connessione	USB 2.0
Livelli di ingrandimento	Oculare: 50x-100x, 100x - 200x, 200x - 400x
	Monitor 17": 95x - 185x, 180x - 340x, 365x - 715x
Area di visualizzazione effettiva (senza zoom)	Ø2.2mm (50x) Ø1.2mm (100x) Ø0.6mm (200x)
Area di visualizzazione effettiva (con zoom)	Ø1.1mm (100x) Ø0.6mm (200x) Ø0.3mm (400x)
Illuminazione	2 luci LED
Ottiche	3 lenti, zoom ottico 2x
Sensore	CMOS
Risoluzione del sensore	1280 x 1024 pixel (SXGA)
Dimensioni	112 x 134 x 252 mm
Peso	380 g

Le specifiche tecniche e le caratteristiche esteriori del prodotto sono indicative e possono variare senza obbligo di preavviso.

Istruzioni d'uso del microscopio

Installazione delle batterie

Aprite lo sportello del vano batterie, situato nella parte inferiore della base, sollevandolo e spingendolo come mostrato nell'immagine sottostante.



Inserite tre batterie alcaline di tipo AA con le polarità orientate come in figura.



Richiudete lo sportello del vano batterie.



Attenzione: evitate di usare contemporaneamente batterie nuove e usate. Cambiate le batterie del microscopio dopo un periodo prolungato di inattività.

Uso dei vetrini

Ruotate la manopola di messa a fuoco in senso antiorario per abbassare completamente la base portaoggetti.



Posizionate un vetrino sulla base portaoggetti e fissatelo sotto le apposite mollette ferma vetrino.



Ruotate il modulo delle lenti per ottenere il livello di ingrandimento desiderato. È consigliabile iniziare con un ingrandimento di 50x.



Ruotate la manopola di messa a fuoco in senso orario per far salire la base portaoggetti verso la lente dell'obiettivo, cercando di evitare che arrivi a contatto con la lente.



Attenzione: un eventuale contatto tra il vetrino e la lente potrebbe causare danni ad entrambi.

Angolo di visualizzazione

Per un uso confortevole del microscopio, il corpo può essere inclinato all'indietro di circa 30°. Provate ad inclinare il microscopio fino all'angolazione di visuale che fa per voi.



Selezione dell'illuminazione

Il microscopio è dotato di due sorgenti di illuminazione a LED, uno situato sopra alla base portaoggetti e uno al di sotto della base per illuminare i campioni in trasparenza. È possibile scegliere quale di queste due fonti luminose utilizzare ruotando l'interruttore LED. L'immagine sottostante illustra le modalità di illuminazione selezionabili.



Messa a fuoco

E' possibile mettere a fuoco il microscopio semplicemente ruotando la manopola di messa a fuoco e seguendo questi pochi passi.

Ruotate la manopola di messa a fuoco in senso orario per far salire la base portaoggetti verso la lente dell'obiettivo, cercando di evitare che arrivi a contatto con la lente.



Durante la visualizzazione del campione, ruotate la manopola di messa a fuoco in senso antiorario per abbassare la base portaoggetti fino ad ottenere un'immagine chiara. Potrebbe essere necessario anche spostare il vetrino per esaminare la superficie desiderata.





Zoom

Se avete bisogno di un livello di ingrandimento maggiore, usate la ghiera dello zoom ottico per ingrandire l'immagine. Quindi potete regolare di nuovo la messa a fuoco dell'immagine.



Visualizzazione su un computer

Installazione del software

Sistema operativo Windows

- 1. Inserite il CD in dotazione nell'unità CD-ROM del vostro computer.
- 2. Fate doppio click sull'icona "Digital Viewer.exe".



3. Seguite le istruzioni del wizard che apparirà per installare il software del vostro microscopio digitale.

Sistema operativo Mac OS

- 1. Inserite il CD in dotazione nell'unità CD-ROM del vostro computer.
- 2. Fate doppio click sull'icona "Digital Viewer.dmg"



Digital Viewer.dmg

3. Trascinate l'icona Digital Viewer nella cartella "Applicazioni"



Digital Viewer

Montaggio del prodotto

Per visualizzare i campioni su monitor, inserite l'adattatore dotato di fotocamera digitale nell'apposita slitta situata nella parte superiore del microscopio.

Iniziate a visualizzai campioni partendo sempre dall'ingrandimento minimo di 50x.



Connessione del dispositivo

Collegate il dispositivo al computer tramite il cavo USB in dotazione.

Avvio del software Digital Viewer

Sistema operativo Windows

Potete avviare il software Digital Viewer facendo doppio click sull'icona sul desktop oppure dal menu di avvio "Start > Tutti i programmi > Digital Viewer > Digital Viewer.



Sistema operativo Mac OS

Potete avviare il software Digital Viewer facendo doppio click sull'icona nella cartella "Applicazioni".



Uso del software Digital Viewer

Nella tabella sottostante vengono descritte le funzionalità dei pulsanti di controllo del software.

C.S.S.	Apre il menu Impostazioni (vedere la sezione successiva).
Y	Scattare una foto salva l'immagine attualmente visualizzata sul monitor .
3	Iniziare scatto temporizzato attiva/disattiva la funzione di cattura delle immagini ad intervalli regolari di tempo.
H	Iniziare registrazione attiva/disattiva la funzione per la registrazione di filmati.
?	Mostra le Informazioni sul copyright e sulla versione del software in uso.
0	Per Uscire e dal software in uso.

Impostazioni del software

Al primo avvio del software verranno caricate le impostazioni predefinite; tali impostazioni possono essere modificate manualmente cliccando sull'icona Impostazioni.

ngs		
Device Setup		Apply
Device:	Digital Viewer 👻	
Resolution:	640 X 480 🔻	Undo
Timed Shot Setup	p	More
Take:	60 shots per @ minute ① hour ② day (max. 300)	Default
Duration:	60	
Movie Setup		
R	tesolution: 640X480 👻	
Maximur	m file size: 50 MB (16MB - 4097MB)	
Save Setting		
C:\Users\sa\Do	ocuments	
Folder:	Not to create new folder	
Language Setting	a de la companya de la	
English	•	

Configurazione del dispositivo

I menu a tendina "Dispositivo" e "Risoluzione" permettono rispettivamente di selezionare il dispositivo e la risoluzione da utilizzare per le immagini catturate dal microscopio digitale.

Scatti temporizzati

E' possibile impostare la frequenza e la durata degli scatti automatici temporizzati.

Video

E' possibile impostare risoluzione e dimensione massima dei video che potete effettuare con il vostro microscopio.

Salvare i file

Potete selezionare la cartella di destinazione delle immagini e dei video.

Lingua

Selezionare la lingua da usare per il software Digital Viewer.

Impostazioni avanzate

Cliccando sul pulsante "Di più" a destra del menu delle impostazioni di sistema, sarà possibile configurare manualmente tutte le impostazioni dell'immagine.

Attenzione: le impostazioni disponibili possono variare a seconda del sistema operativo installato sul proprio computer.

Califera (Johnor				
Brightness				10	Auto
<u>C</u> ontrast			0	46	
Hue		0		0	
Saturation		0		64	
Sharpness				112	
<u>G</u> amma	0			72	
White Balance	·	0		4600	V
Backlight Comp		0		1	
Gain	0			0	
ColorEnab	le 🗌	PowerLine (/	Frequency Anti Flicker)	50 Hz	•

Salvataggio dei file

Nella schermata principale del software è possibile aprire direttamente la cartella nella quale vengono salvati i file semplicemente cliccando sul pulsante "Di più.." sulla sinistra della finestra principale.

Schermo intero

Cliccando sull'icona posta nell'angolo in basso a destra nella finestra principale del software, si può attivare la modalità di visualizzazione a schermo intero. Per uscire da questa modalità è sufficiente premere il tasto "Esc" sulla tastiera.

Disinstallare il software Digital Viewer

Sistema operativo Windows

Dal menu di avvio selezionare Start > Tutti i programmi > Digital Viewer > Uninstall Digital Viewer.

Sistema operativo Mac OS

Trascinate l'icona dell'applicazione Digital Viewer dalla cartella "Applicazioni" al cestino.

FAQ - Consigli per l'utilizzo del microscopio

Scelta della fonte di illuminazione

Il microscopio mette a disposizione due differenti fonti di illuminazione per l'osservazione dei campioni.

L'illuminazione LED superiore è indicata principalmente per oggetti opachi mentre l'illuminazione dal basso è l'ideale per oggetti molto sottili e visibili in trasparenza.

Illuminazione aggiuntiva

In particolari condizioni può risultare necessario utilizzare una fonte di illuminazione aggiuntiva per migliorare l'osservazione del campione.

A tale scopo è possibile usare ad esempio una lampada da tavolo da posizionare vicino al microscopio orientando il fascio di luce sul campione in osservazione.

Obiettivo 200x e ingrandimenti superiori

L'obiettivo con ingrandimento 200x è indicato principalmente per l'osservazione di campioni che possono essere visualizzati in trasparenza.

Forti ingrandimenti e imperfezioni

La visualizzazione a forti ingrandimenti (oltre 100x) può rendere visibili anche le minuscole imperfezioni dei materiali utilizzati per l'osservazione come ad esempio i vetrini o le lenti. Questa eventualità non è comunque imputabile a un malfunzionamento del prodotto.

Cura e manutenzione del dispositivo

Al fine di salvaguardare la sicurezza, l'incolumità dell'operatore e il funzionamento dell'apparato, devono essere rispettate le seguenti norme per l'installazione.

- Proteggere il dispositivo dall'acqua o dal vapore.
- Conservare il dispositivo lontano da fonti di calore o temperature troppo rigide.
- Tenere il dispositivo lontano dalla polvere.
- Proteggere il dispositivo da vibrazioni o urti.
- Non toccare il dispositivo con mani bagnate: può causare danni al dispositivo o causare scosse elettriche.
- Pulire il dispositivo con un panno morbido leggermente inumidito con acqua senza l'ausilio di prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti forti.

ATTENZIONE

- Non fissare troppo da vicino le luci del microscopio digitale
- Non cercare di aprire o di smontare il dispositivo.

Marchi e variazioni

La presente guida ha scopo puramente informativo e può essere modificata senza preavviso. Sebbene le informazioni fornite sono ritenute accurate, potrebbero contenere errori o imprecisioni. In nessun caso il produttore o i suoi distributori saranno responsabili per danni diretti o indiretti di qualsiasi natura, compresi, ma non limitati a perdite di profitti o danni commerciali, derivanti dall'uso delle informazioni contenute nel presente documento.

Tutti i marchi e i nomi di società citati in questa guida sono utilizzati al solo scopo descrittivo e appartengono ai rispettivi proprietari. Intel è un marchio di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. Mac, Mac OS e OS X sono marchi registrati di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.